



DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BUCURESTI

Str.Avrig, Nr. 72-74, Sector 2, Bucuresti, Cod postal 021578
Tel.: 021.252.79.78, 021.252.39.97, 021.252.32.16 ; Fax: 021.252.55.20
Email: dspb@dspb.ro, WEB: www.dspb.ro

LABORATORUL DE IGIENA RADIAȚIILOR IONIZANTE BUCUREȘTI

Str. Reconstructiei, Nr.6, Sector 3, Tel.: 021 324.21.36, Fax: 021 324.25.67

În baza legii 95 / 2006 privind asistenta de sanatate publica, a prevederilor Legii nr. 111 / 1996 cu modificarile ulterioare, a Normelor generale de protectie a muncii - 2003, a Normelor sanitare de baza pentru desfasurarea în siguranta a activitatilor nucleare - Ordinul nr.381 / 2004 al ministrului sanatatii si a Ordinului M.S.nr.431 / 2004 privind organizarea si functionarea laboratoarelor de igiena radiatiilor ionizate aflate în rețeaua Ministerului Sanatatii.

În urma documentatiei depuse la D.S.P. Bucuresti de catre:

FUNDATIA "DR.VICTOR BABES"

înregistrata la Biroul pentru avize si autorizari cu numarul: **8202 / 17.04.2015**

constatand ca sunt îndeplinite prevederile legale, conform referatului de evaluare

nr **585**, întocmit de **Dr.F.Ciupagea**

se elibereaza:

AUTORIZATIA SANITARA

Nr.: **585 / 22.04.2015**

OBIECTIVUL AUTORIZAT **"Laborator Rx.dg.-inst.MULTIX SELECT DR "**

Adresa: **Sos. MIHAI BRAVU, nr.281, Bucuresti, sect. 3**

INSTITUTIA: **FUNDATIA "DR.VICTOR BABES"**

Adresa: **Sos. MIHAI BRAVU, nr.281, Bucuresti, sect. 3**

PRACTICA AUTORIZATA **RADIODIAGNOSTIC**

ACTIVITATEA AUTORIZATA **FUNCTIONARE - UTILIZARE**

Autorizatia este emisa în baza documentatiei depusa si înregistrata la Biroul pentru Avize si Autorizatii sanitare din D.S.P. **BUCURESTI** prevederile din anexa fac parte integranta din autorizatie.

Orice modificare fata de documentatia pe baza careia s-a emis autorizatia atrage automat anularea autorizatiei, daca nu a fost anuntata si aprobata în prealabil de catre emitent, în cadrul termenului de valabilitate înscris pe prima pagina.

Retragerea autorizatiei CNCAN atrage automat si anularea autorizatiei sanitare, pana la reconsiderarea situatiei.

PREZENTA AUTORIZATIE: INTRA ÎN VIGOARE LA DATA DE: **22.04.2015**

EXPIRA LA DATA DE: **21.04.2020**



SEF LABORATOR,
Dr.F.CIUPAGEA

1. INSTALATII RADIOLOGICE AUTORIZATE

Instalatie radiologica pentru radiodiagnostic, fixa, cu un post grafie model MULTIX SELECT DR, seria 10016/2011

Parametri maximi:

-Inalta tensiune radiogena:133kV

-Intensitatea curentului radiogen:550mA

2. CLAUZE CARE CONDITONEAZA VALABILITATEA PREZENTEI AUTORIZATII

Se va repune in functiune instalatia de ventilatie fortata din camera de examinare.

3. ALTE CONDITII TEHNICE SAU ADMINISTRATIVE

NU

SEF LABORATOR,
Dr.F.CIUPAGEA

